



T.C

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

Birimi



28/04/2025

Sayın Yetkili

Ekte teknik şartnamesi verilen 1 kalem mal (Azot Jeneratörü) alımı yapılacaktır. Yaklaşık maliyete esas teşkil ettirilmek üzere TL cinsinden Kısmi Teklife Kapalı Olacak Şekilde hazırladığımız teklif mektubunuzu 05/05/2025 günü saat 16.00' a kadar İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Müdürlüğü'ne, elden ya da bap.teklif@istanbul.edu.tr adresine mail ile iletmenizi rica ederim.

Onur YAMAK
Müdür

AZOT JENERATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAME

- 1 Dakikada maksimum 24L/min olacak şekilde azot üretebilmelidir.
- 2 LC/MS cihazlarına uygun saflıkta azot üretmelidir.
- 3 Maksimum çıkış basıncı 116psi olmalıdır.
- 4 Kolay şekilde çalıştırılabilir olmalıdır.
- 5 Sistemin başlangıcı en fazla 30 dakika olmalıdır.

Prof. Dr. Sıdıka TOKER



Prof. Dr. Armağan ÖNAL



Dr. Öğr. Üyesi Gamze ERGİN KIZILÇAY

